

구 매 규 격 서

H.S.NO	ITEM NO.	장 비 명	단 위	수 량
9402.90.2000		산부인과용진료대	SET	1

A. 특 징

1. 독자의 회전형 체어 형태의 디자인으로 환자의 부담감과 수치침을 최소화 해주고, 사용자에게는 전자동 조작을 제공하여 보다 편리하고 안전한 진료 조건을 제공한다.
2. 전동 저유압 시스템을 채용하여 테이블 동작 시 충격과 소음이 적으며, 내구성이 매우 우수하다.
3. 환자가 스스로 다리를 들어 올리는 번거로움 없이, 착석 후 원터치로 진료 포지션까지 한번에 전환되어 환자는 물론 의료진 모두에게 편리함과 신속함을 제공한다.
4. 동종제품 중에서도 가장 낮은 450mm의 착석 높이는 몸이 불편한 환자나 노인도 의자에 앉듯이 쉽게 오르내릴 수 있어 안전하고 편리함을 제공한다
5. 본체는 최대 약 110°의 회전기능으로 환자의 환복 위치와 진료위치를 분리시켜 주어 공간의 활용에 이상적이다.
6. 무릎걸이는 수동이 아닌 전동으로 동시 개폐(開閉)가 가능하고, 환자의 다리 및 골반 상태에 따라 좌우가 독립적으로 개폐 가능하다.
7. 등판이 -6°까지 다운가능하여, 헤드다운이 필요한 응급상황에 대응할 수 있다.

8. 프리셋 기능을 통하여 진료 높이는 물론 다리 개각 포지션까지 자동으로 전환된다.
9. 오토리턴 기능을 통하여 최초의 포지션으로 신속하게 자동 전환된다.
10. 무선 풋스위치의 채용으로 환자 또는 사용자가 선에 걸려 넘어지는 것을 예방하며, 다른 기기의 이동을 용이하게 한다.
11. 본체에 비상용 스위치(프리셋, 오토리턴)가 있어 풋스위치의 고장 등 긴급 상황에도 대응할 수 있다.

B. 사 양

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 1. 시트 크기 | 가로 560mm |
| 2. 최저 착석 높이 | 450mm |
| 3. 승하강 메카니즘 | 전동 유압 방식 |
| 검진 포지션 높이 | 750 ~ 1030mm |
| 검진 포지션 승하강 폭 | 280mm |
| 4. 등판 틸팅 메카니즘 | 전동 유압 방식 |
| 등판 틸팅 각도 | +77° ~ -6° |
| 5. 본체 회전 메커니즘 | 전동 유압 방식 |
| 본체 회전 각도(방향 변경 가능) | 110°(좌,우 선택) |
| 6. 무릎걸이 메카니즘 | 전동 유압 방식 |
| 무릎걸이 개각 방식 | 좌우 동시 개각 / 좌우 독립 개각 가능 |
| 7. 프리셋 기능 | 진료 높이 지정 가능 |
| 8. 자동 복귀 기능 | 원터치로 최초 포지션 복귀 |
| 9. 본체 조작 방식 | |
| 무선 풋스위치 | 본체 수신부로부터 2M이내 |
| 보조 스위치 | 본체 뒤쪽에 수납 |

10. 환자허용하중	최대 135kg
11. 풋스위치 작동전압	DC 6V(AA1.5V*4)
12. 전원 AC	220V
13. 무게	약 185kg

C. 구 성

1. Main Unit	1Set
2. Wireless Foot Switch	1Pc
3. Drain Tray	1Pc
4. User's Manual	1Pc
5. Leg rest Cover (선택사양)	1Box

D. 비 고

1. 장비의 설치 후 4 년간 품질을 보증한다.
2. 장비의 설치와 사용방법 등에 관한 교육을 실시한다.

※ 본 규격서와 다른 동등이상인 물품을 공급하고자 할 경우에는
물품의 규격, 품질 등이 특정된 조건과 항목별 비교 서류로 동등 이상임을 입증하여 규격 심사에서 “적합” 통과가 되
어야만 입찰에 참가(적용)할 수 있습니다.

산부인과장 박 성 남 