구매규격서

HS. No.	ITEM No.	DESCRIPTION	Q'ty	UNIT
		전동식 수술대	1	Set

가. 기본사양(기본적 구성)

1) 테이블 상판이 모듈 방식의 등판 및 엉덩판에 추가 연장 판을 탈부착이 가능 하여야 한다.
2) 최고의 안전과 안정성을 보장하는 고정시 최대 454kg의 안전한 작업 하중을 가져야 합니다.
3) 모든 위치에 이동시 250kg 적재 중량을 가져야합니다.
4) 다양한 외과 분야 요구에 맞게 조정할 수 있는 모듈 식 디자인 테이블이어야 합니다.
5) 테이블 상판은 방사선 투과성 재질이어야 하며 별도의 견적 항목에서 탄소 섬유는 선택 사항이어야 합니다.
6) 스테인리스 스틸 커버가 있는 테이블 베이스는 C 암이 자유로운 움직임을 위해 140mm 미만이어야 합니다.
7) 원버튼 연결 디자인으로 테이블 구성 요소 모듈을 클릭 한 번으로 쉽게 변경할 수 있습니다.
8) 테이블 패드는 3중이어야 하며 부드럽지 않아야 하지만 환자의 형상에 의해 성형될 수 있어 반격 가능성을 줄이고 방수 및 정전기 방지 재료이어야 하고 물로 직접 씻을 수 있어야 합니다. 각 조인트는 접착제와 재봉이 아닌 초음파로 밀봉되어야 합니다.
9) 매트리스의 두께는 75mm 이상이어야 합니다.
10) 테이블 위아래, 백 플레이트 위아래, 좌우 회전, trendelenburg 및 reverse trendelenburg, 잠금 및 잠금 해제를 포함한 전기 유압식 움직임이 있어야 합니다.
11) C-arm에 자유롭게 접근할 수 있도록 310mm 이상의 전동 세로 이동 기능이 있어야 합니다.
12) 핸드리모컨, 무선 사용 가능
13) 유선 블루투스 무선 핸드 컨트롤, 백업 컬럼 컨트롤 패널을 포함한 2개 이상의 제어 모델이어야 합니다.
14) 원격 핸드 컨트롤에는 기울기 또는 경사도, 배터리, 브레이크, 정상/역 환자 방향 등과 같은 정보를 디스플레이에 표시하는 3.5인치 이상의 컬러 LCD가 있습니다.
15) 리모콘은 어두운 환경에서 작동하기 위해 백라이트가 있어야 합니다.
16) 리모트 핸드 컨트롤은 10개의 위치를 저장할 수 있는 테이블 위치 메모리가 있어 사용자가 복잡한 조정 없이 특정 수술에 대해 기억된 위치를 자유롭게 선택할 수 있습니다.
17) 리모콘은 과도한 Trendelenburg 및 역 Trendelenburg 위치에 관해서 각도를 표시하고 적시에 경고를 발행하는 색상으로 구분된 표시 기술이 있어야 합니다.
18) 리모컨은 버튼 하나를 눌러 자동으로 0으로 재설정/레벨링 위치를 지원합니다. 또한 Flex, 반사 위치 바로 가기 키가 있어야 합니다.
19) 사용자가 테이블을 자유롭게 이동할 수 있도록 4개의 이중 회전 캐스터가 있어야 합니다.
20) 수동/칼럼 제어에 의한 전기 브레이크는 더 높은 안정성을 제공합니다.
21) 2주 동안 50-80 작업을 수행할 수 있는 테이블 내부에 배터리가 있어야 합니다.

나. 사양

1) 전기유압방식
2) 높,낮이 조정 가능한 600-1050mm 또는 동등
3) 세로 이동 310mm (헤드 측 160mm, 다리 측 190mm) 또는 350mm
4) 좌회전 20° 또는 26°
5) 우회전 20° 또는 26°
6) Trendelendburg 위치 25° 또는36°
7) 역 Trendelendburg 위치 35° 또는 36°
8) 백플레이트 위치 70° 또는 80°
9) 백플레이트다운포지션 40° 또는 동등
10) 플렉스 위치 110° 또는 220°
11) 역플렉스 위치 110° 또는 동등
12) 하나의 버튼으로 "0"위치 또는 동등
13) 다리판 전동 조절 상 20°가 있는 다리판 또는 동등
14) 다리판 전동 조절 하 90°가 있는 다리판 또는 동등
15) 헤드 플레이트 위로 45° 또는 동등
16) 헤드 플레이트다운 90° 또는 동등
17) CE인증 또는 동등
18) 방수등급시험인증서 또는 동등
19) 최대지지 하중 250kg~454kg 또는 250kg~460kg
20) 테이블 탑 길이 2,040mm 또는 2,070mm
21) 충전 배터리 두 개의 구성으로 각각 12V / 18Ah 이상

다. 구성

1) mobile operating tabl 7200.01B0	1EA
2) Cable-connected hand control 7200.90A0	2EA
3) IR hand control 7200.91A0	1EA
4) Mobile charging uni 1009.70A0	1EA
5) Head rest, inclinable 1130.64C0	1EA
6) Extension plate 1131.31BC	1EA
7) Pair of leg plates (TWO Section) 1133.58BC	1 PAIR
8) Swivel arm board SU01.04990001	2EA
9) A13XX Body strap 0092-30-102640	1EA
10) A16XX Multi-joint body support, a pair 115-093661-00	1 PAIR
11) A25XX Drainage bowl, universal 115-034318-00	1EA
12) A93XX Multi-position arm board 115-093679-00	1EA
13) A29XX Advanced leg support, a pair 115-093670-00	1 PAIR
14) 49XX Head rest HyHead-2 115-012835-00	1EA
15) Connection bracket 1180.36A0	1EA
16) P33XX Prone position pad, hard inner 115-038080-00	1EA
17) 충전 배터리 각각 12V / 18Ah	2EA

라. 비 고

1. 무상 A/S 검수 완료 일로 부터 3년
2. 설치와 가동은 교육받은 기술자에게 무료로 제공 받는다.

※ 본 규격서와 다른 동등이상인 물품을 공급하고자 할 경우에는 물품의 규격, 품질 등이 특정된 조건과 항목별 비교 서류로 동등 이상임을 입증하여 규격 심사에서 “적합” 통과가 되어야만 입찰에 참가(적용)할 수 있습니다.

성형외과장: 나 영 천 (인)